

□ ОБҐРУНТУВАННЯ: Шафа витяжна (1200×750(850)мм) з тумбами або аналог

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника

Державна установа «Інститут гідробіології Національної академії наук України»
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, будинок 12

Код ЄДРПОУ: 05417029

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави

2. Назва предмета закупівлі та код за ДК 021:2015

Шафа витяжна (1200×750(850)мм) з тумбами або еквівалент

ДК 021:2015: 42512300-1 — Агрегати для опалення, вентилявання та кондиціювання повітря

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі

Спрощена закупівля

UA-2025-04-09-015020-a

Посилання на закупівлю в Prozorro

4. Очікувана вартість та обґрунтування

83 695,93 грн (з ПДВ)

Обґрунтовано на підставі:

- ринкового аналізу цін на лабораторні витяжні шафи відповідних габаритів та конфігурацій
- аналізу попередніх закупівель у системі Prozorro
- консультацій з виробниками/постачальниками лабораторного обладнання

5. Розмір бюджетного призначення

83 695,93 грн згідно з кошторисом на 2025 рік

6. Нормативно-правове регулювання закупівлі

Закупівля проводиться відповідно до:

- Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII
- Постанови КМУ №710 від 11.10.2016
- Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022
- Бюджетного кодексу України
- Інших чинних нормативних актів у сфері публічних закупівель

7. Загальні положення щодо предмета закупівлі

Шафа витяжна призначена для забезпечення безпечної роботи персоналу з хімічними речовинами шляхом локального видалення небезпечних випарів, газів та аерозолів. Є важливим елементом лабораторної безпеки в процесі проведення експериментів.

8. Обґрунтування технічних характеристик

- Габаритні розміри (ШхГхВ), мм 1200x850x2200мм
- Вентиляційна система з можливістю підключення до витяжної вентиляції

- Стільниця: керамогранітна плита 800х800мм з бортиком із нержавіючої сталі по передньому краю.
- Фланець для підключення до вентиляції Ø250мм з полімерним покриттям.
- Полімерне покриття,
- металеві деталі з листової сталі проходять процес фосфатування
- Вбудовані електричні розетки
- Освітлення робочої зони
- Наявність нижніх тумб для зберігання хімічних реактивів та лабораторного посуду
- Підйомний екран: скло протиударне, ручка з профілю. Фіксується в будь-якому положенні завдяки противагам.
- Регульовані ніжки 0-30мм. Робоча частина опори виготовлена з пластика, що запобігає пошкодженню покриття підлоги.
-

9. Обґрунтування якісних характеристик

- Висока хімічна стійкість матеріалів до агресивних реагентів
- Надійна та довготривала експлуатація
- Відповідність ДСТУ/ISO щодо безпеки в лабораторіях
- Доставка + монтаж
- Гарантія від виробника не менше 12 місяців
- Можливість сервісного обслуговування

10. Вимоги до постачальника

- Наявність досвіду у постачанні лабораторного обладнання
- Сертифікати відповідності на продукцію
- Гарантія та сервіс

11. Строк поставки товару

До 30 травня 2025 року

Місце поставки: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12

Уповноважена особа



Олена Казакова