

□ ОБҐРУНТУВАННЯ: Сухожарова шафа ГП-160 стерилізатор повітряний медичний для інструментів або аналог

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника

Державна установа «Інститут гідробіології Національної академії наук України»

04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, будинок 12

Код ЄДРПОУ: 05417029

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави

2. Назва предмета закупівлі та код за ДК 021:2015

Сухожарова шафа ГП-160 стерилізатор повітряний медичний для інструментів або еквівалент

ДК 021:2015:

- 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
- 33191000-5 — Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне
- 33191100-6 — Стерилізатори

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі

Спрощена закупівля

UA-2025-04-09-015119-a

Посилання на закупівлю в Prozorro

4. Очікувана вартість та обґрунтування

83 307,29 грн (з ПДВ)

Очікувана вартість визначена за результатами:

- аналізу ринкових пропозицій
- консультацій з виробниками та офіційними дистриб'юторами
- порівняння аналогічних закупівель у системі Prozorro

5. Розмір бюджетного призначення

83 307,29 грн згідно з кошторисом на 2025 рік

6. Нормативно-правове регулювання закупівлі

Закупівля здійснюється згідно з:

- Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII
- Постановою КМУ № 710 від 11.10.2016
- Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022
- Бюджетним кодексом України
- Іншими чинними нормативними актами у сфері публічних закупівель

7. Загальні положення щодо предмета закупівлі

Сухожарова шафа є обов'язковим обладнанням у лабораторії для проведення термічної стерилізації лабораторного інструменту, пробірок, колб, предметного скла та іншого обладнання, попередньої обробки проб.

Використання сухожара дозволяє забезпечити відповідність вимогам гігієни, біобезпеки та стандартів якості в наукових дослідженнях.

8. Обґрунтування технічних характеристик

Основні технічні вимоги до обладнання:

- Висота до 1400 мм
- Габарити камери (ШхВхГ), мм: 501×655×543
- Розміри робочої камери (з урахуванням фальш-панелі): 501×655×492 мм
- Корисний об'єм камери: не менше 161 л
- Кількість полиць: 7 (AISI 304), максимальне завантаження камери — 55 кг
- Тип керування: цифровий контролер
- Температурний діапазон: (температура оточуючого середовища +5) до 300 °C
- Дискретність установки температури: 1 °C
- Відхилення від заданої температури: -1/+5 °C
- Захист від перегріву: термозапобіжник з ручним відновленням
- Живлення: 230 В ±10 %, 50 Гц
- Номінальна потужність: 310 Вт
- Ступінь захисту оболонки: IP20
- Максимальна висота обладнання: не більше ніж 1400 мм

Бажано: наявність власного виробництва в м. Києві або не далі, ніж за 30 км — для оперативного сервісного обслуговування та зменшення витрат на транспортування.

9. Обґрунтування якісних характеристик

- Виготовлення камери та полиць з харчової нержавіючої сталі AISI 304
- Стійкість до високих температур
- Тривалий термін експлуатації
- Відповідність санітарно-гігієнічним та технічним вимогам
- Наявність технічної підтримки та сервісу в Україні

10. Вимоги до постачальника


- Досвід постачання лабораторного та медичного обладнання
- Гарантійний термін — не менше 12 місяців
- Наявність сертифікатів відповідності
- Надання технічної документації та інструкцій
- Бажано: сервісний центр у Києві або поблизу

11. Строк поставки товару

До 30 травня 2025 року

Місце поставки: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, будинок 12

Уповноважена особа



Олена Казакова

